

Caiet de sarcini

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul UMF "Victor Babeș" Timișoara

Lotul_1

Aparat dezinfectie și sterilizare aer

- Atestat pentru funcționare în prezența persoanelor
- Montare pe perete
- Lumina UV-C cu lungimea de undă de 253.7 nm
- Timp mediu de viața minim 8.000 ore
- Certificat de conformitate EU
- Certificat ISO 9001, ISO 14001.
- Filtru HEPA
- Clasa de protecție IP20
- Telecomandă
- Oferta nu va include serviciile de montare, instalare, punere în funcțiune și instruire personal
- Numărul și tipul de *Aparate de dezinfectie și sterilizare aer* se va determina astfel încât să acopere spațiile de învățământ specificate în Anexa_1 la Caietul de sarcini

Lotul_2

Dezinfectant pentru mâini

- Virucid, bactericid, fungicid, levuricid, microbactericid (EN 14476+A1, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 13727+A2, EN 1500, EN 12791, EN 1040, EN 13624, EN 1275 C. albicans, EN 1650 C. albicans, EN 14348)
- Produs avizat de Ministerul Sanatatii
- Gel
- Spectru larg
- Actiune rapida: 30 secunde
- Gata de utilizare
- Fara substante alergenice
- Ambalat la flacon de 1.000 ml
- Dotat cu pompa (mecanism de dozare)
- Cantitatea 2.990 bucăți (flacoane de 1.000 ml cu mecanism de dozare)

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala
MEDICINĂ I
BIOCHIMIE
SUBSOL
- AMFITEATRU BIOCHIMIE – 115 mp x 2,5 m (120 locuri)
- LAB. STUDENTI – 43 mp x 3.m
- LAB. STUDENTI – 30 mp x 3.m
- LAB. STUDENTI – 23 mp x 3.m
- LAB. DIAGNOSTIC – 45 mp x 3.m
ETAJ I
- LAB. STUDENTI – 80 mp x 3,8 m
- LAB. STUDENTI – 62 mp x 3,8 m
- LAB. CERCETARE – 84 mp x 3,8 m
- SALA COLECTIV (SEMINAR) – 25 mp x 3,8 m
ETAJ II
- LAB. STUDENTI – 65 mp x 3,8 m
- LAB. STUDENTI – 48 mp x 3,8 m
- LAB. STUDENTI – 35 mp x 3,8 m
GENETICA
- SALA CURS 241 – 86 mp (77 locuri) x 3,8 m
- LAB.- SALA LUCRARI – 63 mp x 3,8 m
- LAB. CERCETARE – 35 mp x 3,8 m
- LAB.- SALA LUCRARI – 49 mp x 3,8 m
- LAB. GENETICA MOLECULARA – 80 mp (cercetare)
- SALA COLECTIV (SEMINAR) – 45mp x 3,8 m
HISTOLOGIE
ETAJ II
- AMF. HISTOLOGIE – 80 mp x 3,8 m (128 locuri)
- LAB. STUDENTI – 91 mp x 3,8 m (sala lucrari practice)
- LAB. STUDENTI – 22.5 mp x 3,8 m
- HISTOTECA (LAB.LAME) – 16 mp x 3,8 m
ETAJ III
- LAB. DISTILATOR – 18.5 mp x 3,8 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 43.5 m x 3,8 m p
-	LAB. MICROSCOPIE VIRTUALA – 27 mp x 3,8 m
CERCETARE	
-	LAB. CERCETARE – 44 mp x 3,8 m
-	LAB. HISTOCHIMIE – 15.5 mp x 3,8 m
-	LAB. SISTEM MICRODISECTIE – 17 mp x 3,8 m
-	LAB. CITOCHIMIE – 13.5 mp x 3,8 m
-	LAB. OUA EMBRIONATE – 9 mp x 3,8 m
-	LAB. HIBRIDIZARE – 15 mp x 3,8 m
CERCETARE (CLADIRE FARMACOLOGIE)	
-	LAB. CERCETARE – 12 mp x 3 m
-	LAB. CERCETARE – 19 mp x 3 m
-	LAB. MICROSCOP EL. – 37 mp x 3 m
<u>ANATOMIE</u>	
PARTER	
-	LAB. SALA REINER – 100 mp x 3,8 m (disectii)
-	LAB. SALA IONESCU – 108 mp x 3,8 m (DISECTII)
-	LAB.- SALA LABORANTI – 56 mp x 3,8 m
-	SALA CURS IAGNOV – 80 mp x 3,8 m (52 locuri)
ETAJ I	
-	LAB. SALA JUVARA – 110 mp x 3,8 m (disectii)
-	LAB. SALA CORONDAN – 59 mp x 3,8 m (disectii)
-	SALA CURS DIMULESCU – 56 mp x 3,8 m
-	LAB. SALA MUZEU – 72 mp x 3,8 m (disectii)
ETAJ II	
-	LAB. MUZEU ANATOMIE – 24 mp x 3,8 m
ETAJ IV	
-	SALA CURS V. NICULESCU – 115 mp x 3,8 m (96 locuri)
-	LAB. PLASTINATIE – 31 mp x 3,8 m
<u>MORFOPATOLOGIE</u>	
ETAJ II	

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	LAB. MUZEU – 150 mp x 3,8 m
ETAJ III	
-	LAB. 1 – 29 mp x 3,8 m
-	LAB. 2 – 35mp x 3,8 m
-	SALA SEMINAR - CABINET – 32 mp x 3,8 m
-	LAB. SALA LUCRARI 1 – 70 mp x 3,8 m
-	LAB. SALA LUCRARI 2 – 48mp x 3,8 m
-	LAB. SALA LUCRARI 3 – 28 mp x 3,8 m
-	SALA CURS 304-305 – 63 mp (54 locuri) x 3,8 m
-	SALA SEMINAR - CABINET – 53mp x 3,8 m
-	LAB. SALA LUCRARI – 38 mp x 3,8 m
<u>LIMBI MODERNE</u>	
-	SALA SEMINAR LUCRARI AUDIO VIDEO – 23 mp x 3,8 m
-	AMF. L – 150 mp x 3,8 m (140 locuri)
-	SALA CURS 348 – 87 mp x 3,8 m (64 locuri)
<u>BIBLIOTECA</u>	
-	BIBLIOTECA MULTIMEDIA – 75 mp x 3,8 m (50 CALCULATOARE)
-	SALA MICA – 30 mp x 3,8 m
-	EVIDENTA CATALOG – 30 mp x 3,8 m
-	FILIALA – 16 mp x 3,8 m
-	GHISEU STUDENTI – 30 mp x 3,8 m
-	SALA BIBLIOTECA – 97 mp x 3,8 m (120 locuri)
-	BIBLIOTECA ANATOMIE – 42 mp x 3,8 m
-	DOCUMENTARE DOCTORANZI (CALC.) – 54 mp x 3,8 m
-	BIBLIOTECA CARDIO. – 67 mp x 3,8 m (14 locuri)
-	SALA LECTURA C1-2 – 100 mp x 3,8 m (80 locuri)
-	SALA LECTURA C3 (etaj 1) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
-	SALA LECTURA C3 (etaj 2) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
-	SALA LECTURA C5 (etaj 1) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
-	SALA LECTURA C5 (etaj 2) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
-	SALA LECTURA C6 (etaj 1) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
-	SALA LECTURA C6 (etaj 2) – 60 mp x 3,8 m (60 locuri)
<u>FARMACOLOGIE</u>	
PARTER	

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	LAB. SALA LUCRARI PRACTICE – 37 mp x 3 m
ETAJI	
-	LAB. SALA LUCRARI PRACTICE – 37 mp x 3 m
-	LAB. – 16 mp x 3 m
-	LAB. – 14 mp x 3, m
-	SALA CURS – 77 mp x 3 m (78 locuri)
-	LAB. SALA LUCRARI – 44 mp x 3 m
<u>CENTRUL DE CHIRURGIE LAPAROSCOPICA SI MICROCHIRURGIE PIUS BRANZEU</u>	
SUBSOL	
-	BIOBAZA – 140 mp x 3 m
PARTER	
-	SALA CURS – 75 mp x 3 (65 locuri)
-	SALA SEMINAR – 40 mp x 3 m
ETAJI	
-	LAB. IMUNOLOGIE – 21.5 mp x 3 m
-	LAB. MICROCHIRURGIE – 45 mp x 3 m
-	LAB. SALA CHIRURGIE – 72 mp x 3 m
<u>PARAZITOLOGIE</u>	
-	LAB.PROBE – 14 mp x 3,5 m
-	LAB.PARAZITOLOGIE – 14 mp x 3,5 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 50 mp x 3,5 m (40 locuri)
-	SALA REFERATE – 11.5 mp
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 50 mp x 3,5 m (40 locuri)
<u>CARDIOLOGIE ASCAR</u>	
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 21.5 mp x 3 m (25 locuri)
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 18 mp x 3 m (20 locuri)
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 15 mp x 3 m (15 locuri)
<u>MEDICINA MUNCHII</u>	
-	SALA LUCRARI PRACTICE (B177SEMINARII) – 31 mp x 3 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	LAB.EXPLORARI FUNC. – 15 mp x 3 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 16 mp x 3 m
<u>MEDICINA DENTARA</u>	
PARTER	
-	AMFITEATRU – 114 mp x 2,5 m (75 locuri)
<u>TEHNICA DENTARA</u>	
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 57 mp x 3,5 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 16 mp x 3,5 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 19 mp x 3,5 m
-	LAB. GIPS – 12 mp x 3,5 m
-	LAB. GIPS – 10 mp x 3,5 m
-	LAB. PROTEZA FIXA – 15 mp x 3,5 m
-	LAB. TURNARE SI SUDURA – 10 mp x 3,5 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 55 mp x 3,5 m (et.4)
<u>RADIOLOGIE</u>	
-	SALA LUCRARI – 28 mp x 3,5 m (parter)
-	SALA CURS – 36.5 mp x 3,5 m x 3,5 m (mansarda)
-	SALA LUCRARI – 42 mp x 3,5 m (mansarda)
ETAJI	
<u>CLINICA DE PEDODONTIE</u>	
<u>CLINICA DE ORTODONTIE</u>	
-	SALA STAGII – 58 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 40 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 55 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 38 mp x 3,5 m
-	SALA SEMINAR – 27.5 mp x 3,5 m
-	LAB. GIPS – 5 mp x 3,5 m
-	LAB. TEHNICA ORTODONTICA – 16 mp x 3,5 m
ETAJI II	
<u>CLINICA DE PARADONTOLOGIE</u>	
-	SALA STAGII – 36.5 mp x 3,5 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	CABINET CERCETARE – 12mp x 3,5 m
-	CABINET CERCETARE – 12 mp x 3,5 m
-	LAB. STERILIZARE – 11 mp x 3,5 m
-	CABINET INTERVENTII – 18 mp x 3,5 m
-	SALA SEMINAR – 27.5 mp x 3,5 m
<u>CLINICA DE PROTETICA DENTARA</u>	
-	LAB. FANTOME – 76 mp x 3,5 m
<u>REPARATII PROTETICE SI IMPLANTE</u>	
-	CABINET CERCETARE – 19 mp x 3,5 m
-	SALA LUCRARI PRACTICE – 45 mp x 3,5 m
ETAJ III	
<u>CLINICA DE PROTETICA DENTARA</u>	
-	CABINET – 36.5 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 54.5 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 39 mp x 3,5 m
-	SALA CALC. – 21.5 mp x 3,5 m
-	SALA STAGII – 38.5 mp x 3,5 m
-	SALA SEMINAR – 27.5 mp x 3,5 m
<u>CLINICA DE UCLOZOLOGIE</u>	
-	Laborator – 27 mp x 3,5 m
ETAJ IV	
<u>REABILITARE ORALA SI URGENTA MED.DENTARA</u>	
-	SALA STAGII – 115 mp x 3,5 m
-	SALA CALC. – 16 mp x 3,5 m
<u>PROPEDEUTICA SI MAT. DENTARE</u>	
-	SALA STAGII – 30.5 mp x 3,5 m
-	LAB. GIPS – 16 mp x 3,5 m
-	LAB. CERCETARE – 14 mp x 3,5 m
-	LAB. TEHNICIENI – 18.5 mp x 3,5 m
-	SALA KERR – 43.5 mp x 3,5 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala
- LAB. CERCETARE – 11 mp x 3,5 m
ETAJ V
<u>CLINICA DE ODONTOTERAPIE SI ENDODONTIE</u>
- SALA STAGII – 48 mp x 3,5 m
- SALA STAGII – 51.5 mp x 3,5 m
- SALA STAGII – 61 mp x 3,5 m
- CABINET DEMONSTRATII – 11 mp x 3,5 m
- SALA STAGII – 36 mp x 3,5 m
- SALA STAGII – 70 mp x 3,5 m
- SALA CALC. – 12 mp x 3,5 m
- CABINET DEMONSTRATII – 19 mp x 3,5 m
- SALA SEMINAR – 27.5 mp x 3,5 m
<u>MEDICINĂ II</u>
<u>PREVENTIE (MED.II)</u>
- SALA LUCRARI PRACTICE – 53 mp x 3,5 m
- SALA LUCRARI PRACTICE – 36 mp x 3,5 m
- LABORATOR – 19 mp x 3,5 m
- SALA SEMINAR – 40 mp x 3,5 m
<u>MICROBIOLOGIE</u>
- SALA LUCRARI PRACTICE – 38.5 mp x 3,8 m
- LAB. – 24 mp x 3,8 m
- LAB. – 13 mp x 3,8 m
- LAB. – 58mp x 3,8 m
- AMFITEATRU – 160 mp x 3,8 m (150 locuri)
<u>IGIENA</u>
- SALA LUCRARI PRACTICE – 20 mp x 3,8 m
- LAB. – 11 mp x 3,8 m
- LAB. – 27 mp x 3,8 m
- SALA CURS – 54 mp x 3,8 m
<u>SANATATE PUBLICA</u>
- SALA SEMINARII – 44 mp x 3,8 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	SALA SEMINAR – 31.5 mp x 3,8 m
<u>BIOFIZICA</u>	
-	LAB. – 42.5 mp x 3,8 m
-	CABINET CERCETARE – 37 mp x 3,8 m
-	LAB. CERCETARE – 23.5 mp x 3,8 m
-	LAB. – 46.5 mp x 3,8 m
<u>INFORMATICA MEDICALA</u>	
-	SALA LUCRARI – 52 mp x 3,8 m
-	SALA LUCRARI – 66.5 mp x 3,8 m
-	SALA LUCRARI – 38 mp x 3,8 m
<u>FIZIOLOGIE</u>	
-	SALA SEMINARII – 55 mp x 3,8 m
-	LAB. – 20 mp x 3,8 m
-	LAB. – 52.5 mp x 3,8 m
-	SALA SEMINARII – 57 mp x 3,8 m
-	SALA SEMINARII – 55 mp x 3,8 m
-	SALA SEMINARII – 36 mp x 3,8 m
-	LAB. – 20.5 mp x 3,8 m
-	SALA SEMINAR – 38 mp x 3,8 m
-	SALA CURS – 53.5 mp x 3,8 m (48 locuri)
-	LAB. – 10 mp x 3,8 m
<u>IMUNOLOGIE</u>	
-	LAB. – 53 mp x 3,8 m
-	LAB. – 37 mp x 3,8 m
-	LAB. – 21 mp x 3,8 m
-	LAB. – 17 mp x 3,8 m
<u>FIZIOPATOLOGIE</u>	
-	SALA SEMINAR – 35 mp x 3,8 m
-	LAB. – 35 mp x 3,8 m
-	LAB. – 17 mp x 3,8 m
-	LAB. CERCETARE – 13 mp x 3,8 m
-	LAB. – 31.5 mp x 3,8 m
-	LAB. – 17 mp x 3,8 m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	LAB. – 31 mp x 3,8 m
-	LAB. – 31 mp x 3,8 m
-	LAB. – 31 mp x 3,8 m
-	LAB. – 35 mp x 3,8 m
-	LAB. – 28 mp x 3,8 m
-	LAB. – 20.5 mp x 3,8 m
-	SALA CURS – 56 mp x 3,8 m (40 locuri)
<u>BIOLOGIE CELULARA</u>	
-	LAB. – 54 mp x 3,8 m
-	LAB. – 53 mp x 3,8 m
-	LAB. – 13 mp x 3,8 m
-	LAB. CERCETARE – 11.5 mp x 3,8 m
-	LAB. CERCETARE – 56 mp x 3,8 m
-	LAB. CERCETARE – 56 mp x 3,8 m
<u>SPATII DIN SPITALE</u>	
-	MF. C.F.R. – 127 mp x4m (92 locuri)
-	AMF. O.R.L. – 85 mp x3,5m (81 locuri)
-	SALA CURS TURCANU – 52 mp x3,5m (64 locuri)
-	SALA CURS LEAGAN – 62 mp (54 locuri)
-	SALA CURS CORBULUI – 68 mp x3 (80 locuri)
-	AMF. VACARESCU – 50 mp x3,5m (75 locuri)
-	AMF. BEGA MATERNITATE – 50 mp x3,5m (80 locuri)
-	AMF. BEGA PEDIATRIE – 56 mp x3,5m (56 locuri)
-	AMF. CARDIOLOGIE 1 – 72 mp x3,5m (60 locuri)
-	AMF. CARDIOLOGIE 2 – 125 mp x3,5m (90 locuri)
-	AMF. CARDIOLOGIE 3 – 99 mp x3,5m (67 locuri)
-	SALA PETRU DRAGAN – 76 mp x3,5m
-	AMF. OFTALMOLOGIE – 120 mp x3,5m (70 locuri)
-	AMFITEATRU 1 (MED. II) – 184.5 mp x5m (206 locuri)
-	AMFITEATRU 2 (MED.II) – 142 mp x5m (106 locuri)
-	AMFITEATRU 3 (MED.II) – 117 mp x5m (160 locuri)
-	SALA CURS DERMATOLOGIE – 67 mp x3,5m (50 locuri)
<u>FARMACIE NOUA</u>	
DEMISOL	
-	SALA LUCRARI TOXICOLOGIE – 12 mp x3,2m
-	SALA SEMINAR ANAT.-FIZIOL.-FIZIOPAT. – 33 mp x3,2m

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
-	LABORATOR CHIMIE FIZICA – 62 mp x3,2m
ETAJ I	
-	AMF. – 100 mp x3,2m
-	SALA CURS FIZICA – 47 mp x3,2m
-	SALA SEMINAR MARK.LEGISL.FARMA. – 47.5 mp x3,2m
-	LAB. CHIMIE ANORG – 79 mp x3,2m
-	LAB. CHIMIE ORG. – 80 mp x3,2m
ETAJ II	
-	SALA LUCRARI ANALIZA MEDIC. – 81 mp
-	SALA LUCRARI CHIMIE ANALITICA – 81 mp x3,2m
-	SALA BALANTE – 14.5 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI CHIMIE ANALITICA – 80 mp x3,2m
ETAJ III	
-	SALA LUCRARI IND.MEDIC.– 67 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI TEHN.FARMA. – 68.5 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI BIOFARMAC – 62 mp x3,2m
-	LAB. DE LICENTA TEHN.FARMA – 39 mp x3,2m
-	SALA SEMINAR – 38 mp x3,2m
ETAJ IV	
-	SALA LUCRARI PRACTICE BOTANICA – 65 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI PRACTICE CHIMIE FARMA. – 65 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI PRACTICE FARMACOG. – 62.5 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI PRACTICE FARMACOG. – 73 mp x3,2m
ETAJ V	
-	SALA LUCRARI FARMA.CLINICA – 58.5 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI FARMACOLOGIE – 41.5 mp x3,2m
-	SALA LUCRARI FARMACOLOGIE – 66 mp x3,2m
-	SALA SEMINAR FARMACEUTICA – 53 mp x3,2m
FARMACIA VECHE	
PARTER	
-	A448 SALA CURS – 74 mp (60 LOCURI)
-	ETAJ II – SALA CURS – 74 mp (60 LOCURI)

DISTRIBUIRE APARATE DE DEZINFECT

Amfiteatrul/ Laboratorul/ Sala	
CSFAC (CENTRUL DE SIMULARE PENTRU FORMARE DE ABILITATI CLINICE)	
-	SALA CURS – 90 MP X 3M (65 LOCURI)
-	LAB. GASTROENTERIOLOGIE -20 MPX3M
-	LAB.COMPORTAMENT STERIL – 27 MPX3M
-	LAB.SUTURI SI NODURI CHIRURGICALE – 22 MP X 3M
-	LAB. DEMONSTRATII CLINICE (3 SALOANE) – 60 MP X 3M
-	LAB.FUNCTII ORGANISM – 20 MP X 3M
-	LAB.INJECTII – 20 MP X 3M
-	LAB.POLITRAUMA – 20 MP 3M
-	LAB. URGENTE SI RESUSCITARE – 105 MP X 3M
POSTA:	
RECUPERARE FIZIOKINETOTERAPIE:	
-	SALA PROCEDURI RECUPERARE – 37.02 MP X 3.8M
-	SALA PROCEDURI RECUPERARE – 36.08 MP X 3.8M
EPIDEMIOLOGIE:	
-	SALA CURS – 33.98 MP X 3.8M
MEDICINA FAMILIEI:	
-	SALA CURS – 37.08 MP X 3.8M
-	CABINET – 16.67 MP X 3.8M
-	SALA CURS – 130.32 MP X 3.8M
-	SALA CURS – 59.17 MP X 3.8M